

湘潭县人民医院干式荧光免疫分析仪采购项目竞争性磋商邀请公告

湘潭县人民医院现面向社会对干式荧光免疫分析仪采购项目采用竞争性磋商的方式确定本项目的成交供应商，欢迎符合条件的供应商积极参与投标。

一、项目概况

1. 项目名称：湘潭县人民医院干式荧光免疫分析仪采购项目
2. 采购数量：干式荧光免疫分析仪采购项目。
3. 预算控制价：0.5 万元
4. 采购需求：

干式荧光免疫分析仪参数

1. 方法学：荧光免疫法
2. 光源：LED 蓝光
3. 工作模式：同时间多项目检测，全自动机内操作模式：自动摇匀采血管、穿刺取样、混匀、滴加、孵育、检测、弃卡
4. 仪器尺寸 $\leq 710 \times 630 \times 530 \text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）
5. 测试速率：约 100 个测试/小时
6. 检测通道：20 个检测通道
7. 样本量：用血量 $\leq 75 \mu\text{l}$
8. 显示屏：12 寸全触摸彩色屏
9. 温控：带有温控模块，保证检测结果稳定性
10. 软件系统：自带 Linux 操作系统下的测试控制管理软件，可使用虚拟键盘
11. 扫描系统：内置 360°红光扫描器，可自动扫描采血管上的一维条码；亦可外接扫描器
12. 结果数据管理：最多可存储结果数据 50000 条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理
13. 打印系统：可外接 USB 打印机
14. 通讯硬件接口：4 个 USB 接口、1 个以太网接口、1 个 COM 接口、1 个 VGA 接口

15. 通讯支持：支持 LIS 连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接
16. 电源输入接口：3P 电源端口
17. 操作温度：10°C-31°C
18. 操作相对湿度：35%-85%
19. 储存温度：0°C-40°C
20. 储存相对湿度：10%-90%
21. 携带污染率 $\leq 10^{-3}$
22. 电源：AC220V，频率 50HZ
23. 试剂卡：试剂卡一次性使用，无交叉污染
24. ID 芯片：匹配测试卡的批号和条形码识别，进行具体校准
25. 试剂卡质量控制：有内部标准作为试剂卡内部质控
26. 试剂卡效期：常温保存 24 个月或以上
27. 标本类型：全血、血清、血浆和尿液均可适用
28. 支持试剂规格：2×25 人份/盒、4×25 人份/盒
29. 样本处理：PCT、D-Dimer 检测时无需对全血样本进行处理，可直接一步上样检测
30. 检测项目：cTnI、CK-MB、Myo、H-FABP、D-Dimer、PCT、ST2、hsCRP /CRP、SAA、 β -HCG、CEA、PSA、Cys C、MAU、HbA1c、cTNI/Myo/CK-MB 心梗三联卡、cTnI/NT-proBNP 二联检（一台仪器上可同时开展 HBP 和 PCT 项目）
31. 检测时间：3-15min 获得结果
32. 精密度：CV $\leq 15\%$

5. 采购方式：竞争性磋商。

6. 评标办法：综合评分法。

二、投标人资格要求：

1. 供应商符合以下规定的条件：

- (1) 投标单位必须具有独立法人资格并且能独立承担民事责任能力;
- (2) 经营范围满足本项目需要;
- (3) 参加本次项目投标活动前三年未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面承诺(格式自拟)并附相关证明材料;
- (4) 法律、行政法规规定的其他条件的

2. 特定资格要求

(1) 所投货物若纳入医疗器械管理的, 投标人须具有医疗器械生产或经营许可证(或相应的备案凭证)

(2) 所投货物若纳入医疗器械管理的, 货物须具有医疗器械生产或经营许可证(或相应的备案凭证)

三、履行合同的时间、地点及方式

- 1、工期: 自合同签订之日起 30 个工作日送货安装完毕。
- 2、质保期: 整机质保不低于两年
- 3、付款方式: 自合同签订后, 设备安装调试完成且经招标人验收合格后满 3 个月付全款

四、竞争性磋商报名时间、地点:

请各供应商从 2025 年 12 月 30 日起至 2026 年 1 月 5 日止, 上午 9: 00 时到 12: 00 时, 下午 14: 30 时到 17: 00 时(北京时间, 节假日除外)持公司营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明、法定代表人授权书及本人身份原件在湘潭县人民医院(湘潭县易俗河镇玉兰南路 800 号)11 号楼三楼设备科办公室现场报名, 不接受其他报名渠道和方式, 不再有其它报名手续, 逾期将不予受理, 报名获取竞争性磋商文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、开标时间和地点及要求:

1. 兹定于 2026 年 1 月 13 日 9 时 00 分(北京时间)在湘潭县人民医院 11 号楼三楼会议室开标。

2. 投标文件基本要求:

(1) 法人提交法人营业执照副本复印件;

(2) 法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件, 自然人提交身份证复印件; 非法人组织参与投标需提供的相关证明材料及其他说明;

(3) 报价表;

(4) 投标文件正本 1 份, 需密封并加盖公章, 否则将被视为无效投标。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件将拒绝接收。届时请投标人的法定代表人或其委托代理人持法定代表人授权书和授权代表身份证原件出席开标仪式。

3. 合格投标人不足三家的，作流标处理。

七、其他事项

1. 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

2. 本次招标活动将严格按照相关法律法规及招标文件规定的程序进行，如有违反，将依法追究相关责任。

3. 采购人有权根据实际情况对本项目的相关内容进行调整，调整情况将及时通知各投标人。

4. 最终解释权归采购人所有。

八、联系方式：

采 购 人：湘潭县人民医院

地 址：湘潭县易俗河镇玉兰南路 800 号

联 系 人及电话：刘盛强 15197269460

